



# Kartell

## ISTRUZIONI D'USO (IFU)

### CONTENITORI PER CAMPIONI:

NOME COMMERCIALE	Provette cilindriche, provette con tappo a vite, provette monouso, provette con bordo, provette coniche graduate, provette coniche graduate per centrifuga
IDENTIFICAZIONE	<b>PROVETTE MONOUSO</b>
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi <b>con funzione di recipienti idonei a contenere sangue e fluidi biologici</b> destinati ad analisi di laboratorio e per utilizzo in chimica <b>per la rilevazione</b> delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati. Idonei ad utilizzo in centrifuga ai fini di analisi in cui è richiesta la separazione dei componenti di diversa densità.
DISPOSITIVO NON AUTOMATIZZATO	-----
DISPOSITIVO QUANTITATIVO	I risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione e referto.
CAMPIONE	Campione biologico o di altra natura
DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO	Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
UTILIZZATORE	Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi
CONSERVAZIONE	Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente
STABILITA' D'USO	Le materie plastiche utilizzate consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la validità per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull'etichetta
ISTRUZIONI E RESTRIZIONI D'USO	Attenersi ai protocolli dei Laboratori e/o ambienti in cui l'articolo è utilizzato per l'esecuzione delle analisi Non riempire le provette fino all'orlo per evitare fuoriuscite soprattutto in caso di materiale biologico infetto Per garantire un uso sicuro, utilizzare le provette assieme a specifici supporti. Verificare il limite di velocità al quale le provette possono essere sottoposte in centrifuga. Sigillare bene i tappi prima della procedura in centrifuga Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono l'utilizzo delle provette Segnalare gravi incidenti alle autorità competenti Non avvicinare a fiamma o fonti di calore Eliminare le provette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di soluzioni potenzialmente contaminate. Tenere lontano dalla portata dei bambini
DISPOSITIVI MONOUSO	 non riutilizzare. Pericolo di contaminazione



Kartell SpA  
Via delle Industrie 1  
20082 Noviglio (MI)  
Tel. 02/900121  
Sito web: [www.kartellabware.com](http://www.kartellabware.com)



per accedere alle istruzioni in altre lingue:  
[www.kartellabware.com/it/download/](http://www.kartellabware.com/it/download/)